

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


In Übereinstimmung mit (EU) 2017/745 Medizinprodukteverordnung

Produktname	Rollator
REF	RL200
Basis-UDI-DI	3800501345955
MP Klasse und Regel	Klasse I, gemäß Regel 1, Anhang VIII, Verordnung (EU) 2017/745
UMDNS	18306
Stardarts	EN ISO 14971:2019 EN ISO 15223-1:2022 EN 1041:2008+A1: 2014 ISO 10993-1:2020 EN ISO 10993-5:2009 EN ISO 10993-10:2013 EN ISO 11199-2: 2005
Konformitätsbewertung	Anhang II+III der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745

Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Produkte den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 und den geltenden Normen der oben genannten Verordnungen entsprechen, indem sie die CE-Kennzeichnung tragen.



Fassung: 1
Datum: März 2025
Gültig bis: Februar 2030

Abteilung: Regulatorische Angelegenheiten
Name: Borislav Stoyanov
Unterschrift: 

Hauptsitz:

Medlogics.com LTD
Lyuben Karavelov 6
9000 Varna, Bulgaria

E info@medlogics.com
W www.medlogics.com

